

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	测量方法；双环大瞳孔区域成像法	
2	球镜测量范围；-30.00D—+25.00D (VD=12mm)	
3	球镜测量精度；0.01 D /0.12 D /0.25D	
4	柱镜测量范围；0D—±12D	
5	柱镜测量精度；0.01 D /0.12 D /0.25D	
6	轴位测量范围 ；0° —180° (1° /5° 间隔)	
7	曲率半径；5.00-13.00mm (0.01mm 间隔)	
8	屈光度测量范围；25.96D—67.50D(n=1.3375)	
9	散光测量范围；0D—±12.00D	
10	角膜尺寸测量范围；10-14mm (0.1mm 间隔)	
11	瞳孔尺寸测量范围；1-10mm (0.1mm 间隔)	
12	显示器；可倾斜 6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏	
13	打印机；内置热敏行式打印机（易装纸，自动切纸）	

备注：