

主要技术参数要求

| 序号 | 内 容                                                                                                  | 备注 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 1. 供电电源: AC220V 50Hz                                                                                 |    |
| 2  | 温度测量范围: 30℃~70℃                                                                                      |    |
| 3  | 温度测量精度: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$                                                                    |    |
| 4  | 温度设置范围: 38℃~50℃ (安全范围)                                                                               |    |
| 5  | 具备自动控制的人机界面, $\geq 5$ 寸液晶显示屏, 每一支针温度分颜色、分区域直观时时液晶显示, 各种操作用手轻轻点触即可实现。                                 |    |
| 6  | 通路数 $\geq 28$ 路针                                                                                     |    |
| 7  | 针体功能端恒温发热, 温度时时在线检测, 实现针与灸的完美结合, 对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗。                                                     |    |
| 8  | 具备安全保护功能和合理的温度设置范围, 安全温度设定不超过 50℃, 确保患者在治疗中不被灼伤, 安全有效。                                               |    |
| 9  | 单针具备时时测温、显温功能, 每一路内热针都含有温度传感器, 每一路内热针均可单独加热、测温、显温, 温度时时检测, 温度值真实显示, 测温精度 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 。 |    |
| 10 | 内热针温度设置, 可以统一设置同一温度, 可以每 8 路内热针单独设置不同的治疗温度, 满足临床治疗不同温度的需要。                                           |    |
| 11 | 具备二线制测控温技术, 仅利用两根导线即可实现温度设置、温度测量、温度显示、温度控制, 结构简单, 技术先进, 安全可靠。                                        |    |
| 12 | 4 种治疗模式:<br>(1) 内热针加热治疗模式。<br>(2) 银质内热针加热治疗模式。<br>(3) 内热针加热联合电刺激治疗模式。<br>(4) 银质内热针针加热联合电刺激治疗模式。      |    |

|    |                                               |  |
|----|-----------------------------------------------|--|
| 13 | 产品通过 ISO13485: 2016 医疗器械质量管理体系认证。             |  |
| 14 | 内热针针具类型: (1) 反复使用内热针 (2) 一次性内热针 (3) 反复使用内热银质针 |  |
| 15 | 整机质保 3 年                                      |  |

备注: